

Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал
Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»
(УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4
тел: +7(343)350-26-18, факс: +7(343)350-20-39, uniim@uniim.ru, www.uniim.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311473



ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЕРКЕ

№ С-С/01-03-2024/321651020

Действительно до «28» февраля 2025 г.

Средство измерений Анализатор лазерный элементного состава LEA-S500, 38154-08
наименование, тип, модификация средства измерения, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

в составе —

заводской номер 021034

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Инструкция. Анализаторы лазерные элементного состава LEA-S500.
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

Методика поверки

с применением эталонов СО состава сталей углеродистых типов Ст0, Ст5сп, 60, 85
регистрационный номер и(или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке
(КОМПЛЕКТ СО УГ17-УГ21), ГСО 2717-93П/2721-93П, годен до 01.09.2026

при следующих значениях влияющих факторов температура окружающей среды 21,5 °С;
перечень влияющих факторов,

атмосферное давление 99,4 кПа; относительная влажность воздуха 36,9 %; напряжение 219,8 В;
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

частота 49,9 Гц

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-321651020>

Поверитель Васильев А.С.

фамилия, инициалы

И.о. заведующего лабораторией 221

должность руководителя или другого уполномоченного лица

подпись

Тюрнина А.Е.

фамилия, инициалы

Дата поверки

«01» марта 2024 г.

Метрологические характеристики и (или) протокол поверки

Дополнительная информация

Принадлежит Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина", ИНН 6660003190

Протокол № 41701 от 01.03.2024.

Поверитель

подпись

Васильев А.С.

фамилия, инициалы

Менеджер по качеству

подпись

Лифинцева М.Н.

фамилия, инициалы

серия Е № 029723