

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Уральский научно-исследовательский институт метрологии»
Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311473

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 001770-1316-261

Действительно до
12 июня 2020 г.

Средство измерений: Магнитометр вибрационный 7407 VSM
наименование, тип, модификация средства измерений,
63201-16

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 740778082

в составе -

номер знака предыдущей поверки 093014435

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП 105-261-2014 «ГСИ. Магнитометр вибрационный 7407 VSM.
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

Методика поверки»
с применением эталонов: 3.1.ZZC.0084.2012; 3.1.ZZC.0085.2012; 3.1.ZZC.0086.2012;
регистрационный номер и (или) наименование, тип,
3.1.ZZC.0269.2017

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающей среды 23,3 °C;
перечень влияющих факторов,

относительная влажность воздуха 44,6 %; частота питающей сети 51,1 Гц; напряжение
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

питающей сети 378,3 В

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.
ненужное зачеркнуть

Знак поверки



Заведующий отделом 23

Малыгин Михаил Александрович

Поверитель

Маслова Татьяна Ивановна

Дата поверки

13 июня 2019 г.

Протокол поверки № 1316 от 13 июня 2019 г.


Магнитометр вибрационный 7407 VSM № 740778082
принадлежит ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»,
ИНН 6660003190, г. Екатеринбург

Поверитель



Маслова Татьяна Ивановна

Менеджер по качеству



Грищенко Вера Юрьевна