

Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал
Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева»
(УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»)

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4
тел: +7(343)350-26-18, факс: +7(343)350-20-39, uniim@uniim.ru, www.uniim.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311473



ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЕРКЕ

№ С-С/14-02-2024/317240076

Действительно до «13» февраля 2025 г.

Средство измерений Анализатор термогравиметрический модели Pyris 1 TGA, 15941-05
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

в составе —

заводской номер 538N8040801

поверено за исключением диапазона измерений температуры от плюс 100 °С до плюс 1000 °С
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с «Инструкция. Анализаторы термогравиметрические модели TGA 7, TGA 7
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

НТ, Pyris 1 TGA, Pyris 6 TGA, Diamond TG/DTA фирмы «PerkinElmer LLC», США. Методика
поверки», утверждённой ГЦИ СИ ВНИИМС, 2004 г.

с применением эталонов Набор гирь (1 мг-500 г) E2, зав. № 0077 (рег.№
регистрационный номер и(или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке
58666.14.1P.00739627)

при следующих значениях влияющих факторов температура 21,1 °С; относительная
перечень влияющих факторов,

влажность 31,2 %; атмосферное давление 99,8 кПа
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
ненужное зачеркнуть
пригодным к применению (в объеме проведенной поверки).

Знак поверки

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ:
<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-317240076>

Поверитель Шипицын А.П.
фамилия, инициалы

И.о. заведующего лабораторией 221
должность руководителя или другого уполномоченного лица

Дата поверки «14» февраля 2024 г.

Тюрнина А.Е.
фамилия, инициалы

Метрологические характеристики и (или) протокол поверки

Метрологические характеристики:

Диапазон измерений изменения массы образца от 0 до 1300 мг;

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений изменения массы образца $\pm 3\%$.

Дополнительная информация

Принадлежит Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина", ИНН 6660003190

Протокол поверки № 41341 от 14.02.2024 г.

Поверитель



подпись

Шипицын А.П.

фамилия, инициалы

Менеджер по качеству



подпись

Васильев А.С.

фамилия, инициалы

серия Е № 029714