

Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал
Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева»
(УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»)

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4
тел: +7(343)350-26-18, факс: +7(343)350-20-39, uniim@uniim.ru, www.uniim.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311473



ВНИИМ
им. Д.И.Менделеева

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЕРКЕ

№ 007713-0293-221

Действительно до «21» декабря 2021 г.

Средство измерений Термоанализатор динамическо-механический модификации ТМА 202,
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа
28162-04

заводской (серийный) номер 2171063

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в диапазонах измерений, указанных на оборотной стороне
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с "Термоанализаторы динамическо-механические серии ТДМА-200/400,
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка
модификаций ТМА 202, ТМА 402, DMA 242, RUL/CIC 421 и NMOR 422. Методика поверки",
ГЦИ СИ "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", 2004 г.

с применением эталонов стандартные образцы температур и теплот фазовых переходов
регистрационный номер и(или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке
комплект (СОТСФ), ГСО 2312-82/2316-82, срок годности - не ограничен

при следующих значениях влияющих факторов температура окружающей среды 21,0 °С;
перечень влияющих факторов,

относительная влажность воздуха 41,0 %; атмосферное давление 100,0 кПа
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
ненужное зачеркнуть
пригодным к применению (в объеме проведенной поверки).

Знак поверки

Заведующий лабораторией 221

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

Поверитель

Дата поверки

«22» декабря 2020 г.



подпись

подпись

Казанцев Вячеслав Васильевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Непомилуев Андрей Михайлович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Метрологические характеристики и (или) протокол поверки

Метрологические характеристики:

Диапазон измерений температуры от минус 150 °С до плюс 600 °С;

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры ± 2 °С.

Дополнительная информация

Принадлежит ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
ИНН 6660003190

Протокол поверки № 0293 от 22.12.2020.

Поверитель

Непомилуев Андрей Михайлович

фамилия, имя и отчество

Менеджер по качеству

Клевакин Евгений Александрович

фамилия, имя и отчество