

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Уральский научно-исследовательский институт метрологии»

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311473

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 006475-1464-261

Действительно до
26 сентября 2020 г.

Средство измерений: Гистерезисграф Permagraph L
наименование, тип, модификация средства измерений,
59000-14
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер ST-P-L 112296

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП 44-261-2013 «ГСИ. Гистерезисграф Permagraph L.
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

Методика поверки»

с применением эталонов: Государственный эталон единицы магнитной индукции
регистрационный номер и (или) наименование, тип,

постоянного магнитного поля 2 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 2,0 Тл, 3.1.ZZC.0269.2017;
заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

Государственный эталон единицы магнитного потока 2-го разряда с номинальным значением 0,01 Вб/А,
3.1.ZZC.0165.2015; Государственный эталон единицы магнитного потока 2-го разряда
с номинальным значением 0,001 Вб/А, 3.1.ZZC.0166.2015

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха 21 °С;
перечень влияющих факторов,

относительная влажность окружающего воздуха 55 %; частота питающей сети 50 Гц;
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

напряжение питающей сети 380 В; атмосферное давление 728 мм рт.ст. (97,06 кПа)

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.
ненужное зачеркнуть

Знак поверки

Заведующий отделом 23

Поверитель

Дата поверки

27 сентября 2019 г.



Малыгин Михаил Александрович

Никова Екатерина Сергеевна

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ) ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Протокол поверки № 1464 от 27 сентября 2019 г.

Гистерезисграф Permagraph L № ST-P-L 112296
принадлежит ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»,
ИНН 6660003190, г. Екатеринбург

Поверитель



Никова Екатерина Сергеевна

Менеджер по качеству

Грищенко Вера Юрьевна

стр. 2 из 2