

Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал
Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева»
(УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»)

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4
тел: +7(343)350-26-18, факс: +7(343)350-20-39, uniim@uniim.ru, www.uniim.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311473



ВНИИМ
им. Д.И.Менделеева

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЕРКЕ

№ С-С/04-03-2025/413964474

Действительно до «03» марта 2026 г.

Средство измерений Установка магнитоизмерительная MPMS-XL-7 ЕС, 63196-16

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

в составе —

заводской номер CXL 430 EC

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП 104–261–2014 "ГСИ. Установка магнитоизмерительная MPMS-XL-7 ЕС.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

Методика поверки"

с применением эталонов Стандартный образец удельной намагниченности

регистрационный номер и(или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

железо-иттриевого граната (SRM 2853), ГСО 9444-2009, срок годности - не ограничен; Катушка

электрического сопротивления измерительная P310, зав. № 238984 (рег.№1162.58.3P.46319);

Катушка электрического сопротивления измерительная P321, зав. № 229147 (рег.№

1162.58.3P.46322); Катушка электрического сопротивления измерительная P321, зав. № 224874

(рег.№1162.58.3P.46324); Измеритель магнитной индукции Ш1-9, зав. № 2304/2336 (рег.№

9335.83.2P.00291184); Тесламетр ТХ-4/1 № 07

при следующих значениях влияющих факторов температура окружающего воздуха 21,5 °С;

перечень влияющих факторов,

относительная влажность воздуха 38,9 %

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки



Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-413964474>

Поверитель

Никова Е.С.

фамилия, инициалы

И.о. заведующего лабораторией 261

должность руководителя или другого уполномоченного лица

подпись

Цай И.С.

фамилия, инициалы

Дата поверки

«04» марта 2025 г.


Метрологические характеристики и (или) протокол поверки

Протокол поверки № 49474 от 04 марта 2025 года.

Дополнительная информация

Принадлежит ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
ИНН 6660003190

Поверитель



Никова Е.С.

фамилия, инициалы

Менеджер по качеству



Грищенко В.Ю.

фамилия, инициалы

серия Е № 036519