

Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал
Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева»
(УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»)

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4
тел: +7(343)350-26-18, факс: +7(343)350-20-39, uniim@uniim.ru, www.uniim.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311473



ВНИИМ
им. Д.И.Менделеева

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЕРКЕ

№ С-С/11-12-2023/303169723

Действительно до «10» декабря 2024 г.

Средство измерений Прибор для измерения краевого угла DSA25S, 63620-16
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

в составе —

заводской номер 30014085

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП 33-233-2015 «ГСИ. Приборы для измерения краевого угла DSA.
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

Методика поверки», ФГУП «УНИИМ», 2015 г.

с применением эталонов Микроскоп инструментальный ИМЦ 150х50Б, зав. № 4551 (рег.№
регистрационный номер и(или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке
4184.83.4Р.00226464), разряд 4; Комплект образцов краевого угла с номинальными углами 30 °,
60 °, 120 °

при следующих значениях влияющих факторов температура окружающей среды 24,5 °С;
перечень влияющих факторов,

относительная влажность воздуха 12,8 %
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (непериодической) поверки признано
ненужное зачеркнуть
пригодным к применению.

Знак поверки

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ:
<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-303169723>

Поверитель Попов В.С.
фамилия, инициалы

И.о. зав. лабораторией 251
должность руководителя или другого уполномоченного лица

подпись

Собина Е.П.
фамилия, инициалы

Дата поверки
«11» декабря 2023 г.

Метрологические характеристики и (или) протокол поверки

Метрологические характеристики:

Диапазон измерений краевого угла: от 1 до 180 °;

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений краевого угла: $\pm 0,3^\circ$

Поверитель




подпись

Попов В.С.

фамилия, инициалы

Менеджер по качеству



подпись

Вострокнутова Е.В.

фамилия, инициалы

серия Е № 028468